

抗酸菌症

- マイコバクテリウム核酸キット / 結核菌群DNAの検出
体診 ジーンキューブ[®] MTB
- マイコバクテリウム核酸キット / *Mycobacterium avium* Complex(MAC) DNAの検出
体診 ジーンキューブ[®] MAC
- マイコバクテリウム核酸キット / *M. avium* 及び *M. intracellulare* DNAの検出
体診 ジーンキューブ[®] MAI

呼吸器感染症

- マイコプラズマ核酸キット
/ マイコプラズマ・ニューモニエDNA及び23S rRNA遺伝子ドメインV領域の変異の検出
体診 ジーンキューブ[®] マイコプラズマ・ニューモニエ
- SARSコロナウイルス核酸キット / SARS-CoV-2 RNAの検出
体診 ジーンキューブ[®] HQ SARS-CoV-2
- インフルエンザウイルス核酸キット / A型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出
体診 ジーンキューブ[®] FluA/B

性感染症

- クラミジア核酸キット / クラミジア・トラコマチスDNAの検出
体診 ジーンキューブ[®] クラミジア・トラコマチス
- 淋菌核酸キット / 淋菌DNAの検出
体診 ジーンキューブ[®] ナイセリア・ゴノレア

血流感染症

- 核酸同定・ブドウ球菌キット / メチシリン耐性遺伝子(*mecA*)の検出
体診 ジーンキューブ[®] *mecA*
- 核酸同定・ブドウ球菌キット
/ 黄色ブドウ球菌の核酸同定及びメチシリン耐性遺伝子(*mecA*)の検出
体診 ジーンキューブ[®] MRSA

消化管感染症

- クロストリジウム・ディフィシル核酸キット / *Clostridioides difficile* トキシンBのDNAの検出
体診 ジーンキューブ[®] *C. difficile*

製品概要：体外診断用医薬品

統一商品コード No.	製品名	包装	貯蔵方法	有効期間
551-69400-0	ジーンキューブ [®] MTB	96テスト	2~8℃	1年
551-69401-7	ジーンキューブ [®] MAC	96テスト	2~8℃	1年
551-69402-4	ジーンキューブ [®] MAI	48テスト	2~8℃	1年
551-69403-1	ジーンキューブ [®] マイコプラズマ・ニューモニエ	80テスト	2~8℃	1年
551-69453-6	ジーンキューブ [®] HQ SARS-CoV-2	96テスト	-30~-15℃ ^{※1} 2~8℃ ^{※2}	6ヶ月
551-69463-5	ジーンキューブ [®] FluA/B	48テスト	-30~-15℃ ^{※3} 2~8℃ ^{※4}	6ヶ月
551-69404-8	ジーンキューブ [®] クラミジア・トラコマチス	96テスト	2~8℃	17ヶ月
551-69405-5	ジーンキューブ [®] ナイセリア・ゴノレア	96テスト	2~8℃	24ヶ月
551-69406-2	ジーンキューブ [®] mecA	48テスト	2~8℃	18ヶ月
551-69407-9	ジーンキューブ [®] MRSA	48テスト	2~8℃	18ヶ月
551-69455-0	ジーンキューブ [®] C. difficile	48テスト	2~8℃	12ヶ月

※1: 酵素液A, 陽性コントロール溶液、※2: 酵素液B, 陰性コントロール溶液, プライマー・プローブ試薬、

※3: 酵素液A, 陽性コントロール溶液A, 陽性コントロール溶液B、※4: 酵素液B, 陰性コントロール溶液, プライマー・プローブ試薬

GENECUBE[®] 専用 汎用試薬セット

研究 ジーンキューブ[®] テストベーシック

GENECUBE[®]で目的とする標的遺伝子を検出するための汎用試薬セットです。標的遺伝子に対するプライマーと蛍光標識プローブ (QProbe[®])を追加することにより、GENECUBE[®]でさまざまな標的遺伝子を検出することが可能になります。

※5: QProbeは日鉄環境株式会社の登録商標です。

【使用例】肺炎クラミジア、ESBL遺伝子(SHV型)、カルバペネマーゼ遺伝子(IMP型)、ペロ毒素、マイコプラズマ・ホミニス、多剤耐性アシネトバクター、CYP3A5*3、ITPA、プロテインS等

研究：研究用試薬

製品概要：研究用試薬

統一商品コード No.	製品名	包装	貯蔵方法	有効期間
551-69420-8	ジーンキューブ [®] テストベーシック	96テスト	2~8℃	18ヶ月

■販売元（お問い合わせ先）

（体外診断用医薬品・試薬・共通消耗品）

 極東製薬工業株式会社

本社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-8

TEL: 03-5645-5664 FAX: 03-5645-5703

<https://www.kyokutoseiyaku.co.jp/>

（GENECUBE[®]）

東洋紡株式会社 診断システム事業部

本社 〒530-8230 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番8号

TEL: 06-6348-3335 FAX: 06-6348-3833

<https://www.toyobo.co.jp/products/bio/dsg/>

■製造販売元（GENECUBE[®]および体外診断用医薬品）

東洋紡株式会社

GENECUBE[®]およびジーンキューブ[®]は東洋紡株式会社の登録商標です。